GLIDESCOPE® TITANIUM 4-STEGSTEKNIK

VARNING

När du styr endotrakealtuben till den distala spetsen på videolaryngoskopet ska du titta i patientens mun, inte på videomonitorn. Om du inte tittar i munnen kan det leda till skador på halsmandlar eller gomsegel.

Titta direkt in i patientens mun och för med GlideScope i vänster hand in videolaryngoskopet i mitten av svalget.

Titta på monitorn när laryngoskopet är insatt för att identifiera epiglottis och justera sedan laryngoskopet för att se epiglottis så bra som möjligt.

Titta direkt in i patientens mun, inte på skärmen, och för försiktigt den distala spetsen av tuben nära spetsen på laryngoskopet.

Titta på monitorn för att slutföra intuberingen; vrid eller vinkla försiktigt tuben för att ändra riktning om det behövs.

GlideScope-systemen för videolaryngoskop har CE-märkning i enlighet med det medicintekniska direktivet och Verathon Inc.:s kvalitetssystem är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 13485:2003-standarder.

GLIDESCOPE® TITANIUM

TIPS FÖR INFÖRANDE AV VIDEOLARYNGOSKOP

- För in GlideScopes videolaryngoskop vid mittlinjen av tungan till epiglottis. Tekniken är densamma för LoPro- och MAC-blad, oavsett om de är återanvändbara eller för engångsbruk.

- GlideScope videolaryngoskop kan användas för att skapa ett indirekt Macintosh-lyft av epiglottis eller ett Miller-lyft.

- Intuberingar med GlideScope videolaryngoskop kräver ca 0,5-1,5 kg lyftkraft.

- Vi rekommenderar användning av en endotrakealtub med ledare. GlideRite® ledaren har utformats för att komplettera GlideScope LoPro-videolaryngoskopets vinkel och därmed underlätta intubering. En formbar ledare kan användas med en vinkel på 60-90°.

- För att underlätta endotrakealtubens passage drar du tillbaka ledaren (ca 5 cm) samtidigt som du försiktigt för fram endotrakealtuben. Att dra tillbaka laryngoskopet 1 cm kan även vara fördelaktigt för att minska betraktningsvinkeln och låta glottis falla.

VERATHON MEDICAL
verathon.com
glidescope.com

Huvudkontor:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, USA
Tel: 800-331-2313 (endast USA och Kanada)
Tel: +1.425.867.1348 F +1.425.883.2896

Tillverkare:
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, British Columbia
Kanada, V5C 5A9

EC REP
EG-representant:
Verathon Medical (Europa) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein, Nederländerna
Tel: +31-30-68-70-570
Fax: +31-30-68-70-512

GlideScope, GlideScope-symbolen, Verathon och Verathon Torch-symbolen är varumärken som tillhör Verathon Inc. ©2014 Verathon Inc. GlideScope videolaryngoskopsystem är CE-märkta i enlighet med det medicintekniska direktivet och Verathon Inc. kvalitetssystem är kvalitetssystemcertifierat efter standarderna i ISO 13485:2003.

EUSM-0600-00-60